

В Управление Федеральной  
антимонопольной службы по городу  
Москве

Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий  
проезд, дом 4, стр. 1

Копия в Управление Федеральной  
антимонопольной службы по Челябинской  
области

Адрес: 454111, ГСП-6, г. Челябинск, пр.  
Ленина, 59

От: ООО «Энерджи Девелопмент»

Исх. 02/КМ

От 05.02.2018 г.

### **Жалоба на незаконные действия заказчика**

**Заказчик согласно извещению в электронной форме: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ИНТЕР РАО-ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ»:**

Адрес места нахождения: 119435, Г МОСКВА, УЛ ПИРОГОВСКАЯ Б., дом 27, корпус  
СТР.1;

Почтовый адрес: 119435, Москва, Пироговская Б., дом 27, корпус стр.2;

Контактное лицо: Демидов Михаил Анатольевич;

**Заказчик согласно документации о закупке: Филиал «Южноуральская ГРЭС» АО  
«Интер РАО-Электрогенерация»:**

Адрес места нахождения: 457040, Российская Федерация, Челябинская обл., г.  
Южноуральск, ул. Спортивная, 1;

Почтовый адрес: 457040, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул.  
Спортивная, 1;

Телефон: +7 (35134) 92310;

Факс: не указан в извещении;

Электронный адрес: [demidov\\_ma@interra.ru](mailto:demidov_ma@interra.ru);

**Наименование электронной площадки в сети Интернет: АО «ЕЭТП»;**

**Адрес электронной площадки в сети Интернет: <http://www.roseltorg.ru/>;**

**Лицо, подавшее жалобу: ООО «Энерджи Девелопмент»;**

Адрес места нахождения: 125124, г. Москва, 5-я ул. Ямского поля, д. 5, стр. 1, пом. I, ком.  
13Б;

Почтовый адрес: 125124, г. Москва, 5-я ул. Ямского поля, д. 5, стр. 1, 7 этаж, БЦ «Ямское  
Плаза»;

Контактное лицо: Михаил Алексеевич Колычев;

Телефон: +7 (495) 760-19-39;

Факс: +7 (495) 760-19-39;

Электронный адрес: [mkolychev@energydevelopment.ru](mailto:mkolychev@energydevelopment.ru);

Реквизиты закупки:

Номер извещения на общероссийском официальном сайте: 31705958109;

Форма торгов: Открытый запрос цен в электронной форме;

Наименование закупки: Открытый запрос цен в электронной форме по закупке «Видеоэндоскоп с функцией стерео измерений обнаруженных дефектов для Южноуральской ГРЭС» для нужд филиала «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация»;

Начальная максимальная цена контракта: 2 930 508,47 руб.;

Дата публикации извещения: 27.12.2017 г.;

Дата окончания срока подачи заявок: 12.01.2018 г.

#### Доводы жалобы:

Заказчик, АО «Интер РАО-Электрогенерация», опубликовал 27.12.2017 г., извещение о проведении закупки, формой которой является открытый запрос цен в электронной форме, объект закупки «Открытый запрос цен в электронной форме по закупке «Видеоэндоскоп с функцией стерео измерений обнаруженных дефектов для Южноуральской ГРЭС» для нужд филиала «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация»».

ООО «Энерджи Девелопмент», является заинтересованным в участии в данной закупке лицом, а так же в исполнении договора, в связи с чем на основании статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», подает настоящую жалобу на незаконные действия заказчика.

Согласно статье 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Далее – Закон) «при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются следующими принципами: **равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки**».

Согласно статье 17 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», при проведении торгов, запроса котировок цен на товары (далее - запрос котировок), запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе: **создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах**, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом».

Согласно части 10 статьи 4 Закона в документации о закупке должны быть указаны сведения, определенные положением о закупке, в том числе, требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке

товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

Согласно пункту 1.1 «Технического задания на закупку «Видеоэндоскоп с функцией стерео измерений обнаруженных дефектов для Южноуральской ГРЭС» для нужд Интер РАО – Электрогенерация»» (Далее – Техническое задание):

*«Сверхяркий видеоскоп IPLEX IV9620RX (или аналог) с гибкой управляемой в 2 плоскостях 150° вверх/вниз/вправо/влево рабочей частью (зонд) диаметр 6.0 мм, длина 2000 мм, в защитной вольфрамовой оплетке с переменной TTF жесткостью, с джойстиком управления, регулировками резкости, насыщенности, с съемной картой памяти USB Flash, блоком питания от сети переменн. тока 220В, комплектом ремней для ношения, 2 шт. Аккумуляторами, зарядным устройством, с инструкцией по эксплуатации, защитным колпачком на зондов, кейсом для сменных объективов, защита от погодных условий по IP55, соотв. Стандарту по эксплуатации: MIL-STD 810G, в кейсе для хранения и транспортировки системы в сборе, активированной функцией измерений, со свидетельством о поверке».*

Согласно статье 9 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»: «В сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к применению допускаются средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также обеспечивающие соблюдение установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений обязательных требований, включая обязательные метрологические требования к измерениям, обязательные метрологические и технические требования к средствам измерений, и установленных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании обязательных требований...».

Измерительное оборудование должно быть внесено в государственный реестр СИ. При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений. Для того, чтобы получить свидетельство о поверке на конкретный образец оборудования оно должно быть внесено в государственный реестр СИ.

Наличие оборудования в сведениях об утвержденных типах средства измерения можно проверить на сайте Росстандарта [www.fundmetrology.ru](http://www.fundmetrology.ru).

Однако, в данной информационной системе нет видеоэндоскопа, предложенного компанией ООО НПФ «АВЭК».

Согласно таблице в пункте 1.1.2.1. Технического задания «Диаметр рабочей части должен быть  $\varnothing$  6,0 мм.». Согласно пункту 1.3. Технического задания «Применение аналогичного товара возможно при условии соответствия товара по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения не ниже чем у видеоскопа Olympus Irex RX

*IV9620RX, а также при предоставлении участником закупки развернутого сравнения по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения. При этом характеристики предлагаемого аналога должны быть не хуже требований технических характеристик, указанных в п.1 данного ТЗ».*

Победитель, согласно информации на официальном сайте мог предложить только 4.0 мм или 6.1 мм, при этом, предложение зонда с диаметром 6.1 мм было бы предложением товара, худшего качества по сравнению с требуемым.

**Таким образом, считаем, Заказчик необоснованно допустил к участию в закупке заявку участника, не соответствующую требованиям документации.**

Исходя из вышеизложенного, считаем, что Заказчиком осуществлена закупка с нарушением требований части 10 статьи 3 Закона, а именно Заказчиком предъявлены к участникам закупки требования, не предусмотренные документацией о конкурентной закупке, а так же нарушен порядок проведения Закупки в части допуска заявки участника не соответствующей требованиям документации.

Таким образом, считаем, Заказчик действует в нарушение статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а так же части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Просим приостановить осуществление закупки в части подписания договора до рассмотрения жалобы по существу, провести проверку законности установленных в документации требований и выдать предписание об устранении нарушений.

К настоящей жалобе прилагаем:

1. Копия документа, подтверждающего полномочия генерального директора на 5 листах:
  - Решение №1 о создании общества,
  - Решение №3 о продлении полномочий генерального директора,
  - Приказ №1 о назначении генерального директора,
  - Приказ №2 о смене фамилии генерального директора;
2. Копия устава ООО «Энерджи Девелопмент» на 19 листах;
3. Копия заявки на участие в закупке (оферта) на 2 листах;
4. Скрин-шот с сайта [www.fundmetrology.ru](http://www.fundmetrology.ru) подтверждающий отсутствие у предлагаемого победителем оборудования обязательного свидетельства на 1 листе.

Все листы пронумерованы и скреплены печатью, жалоба и приложения к ней составляют один том, состоящий из 31 листов.

Генеральный директор

ООО «Энерджи Девелопмент»



/ Колычева С.А.