



Апрель-21

Общество с ограниченной ответственностью

ОГРН 1156633000600, ИНН 6633023461, КПП 667001001, р/с 40702810022000000384 в
Филиал «АТБ» (ПАО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, к/с 30101810465770000418, БИК 046577418

11.07.2018г.

Руководителю Управления
Федеральной антимонопольной службы
по Свердловской области
г. Екатеринбург, ул. Московская, 11-214
тел: 8 (343) 377-00-83
E-mail: to66@fas.gov.ru

Смирнов З.А.
Фармацевт
12.07.2018

Заявитель:
ООО «Апрель-21»
ИНН 6633023461
620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56, оф.224
тел: (343) 286-27-02;
E-mail: lobanova_u@uralpharm.ru

ЖАЛОБА

на действия аукционной комиссии при рассмотрении заявок на участие в аукционе

На официальном сайте <http://zakupki.gov.ru/> было опубликовано извещение о проведении электронного аукциона № 31806588028, номер извещения SBR003-180025313300045, документация об аукционе в электронной форме на право заключения договора на поставку товара: «Инструмент хирургический» для нужд МАУ «ЦГКБ №23»:

- заказчик: Муниципальное автономное учреждение «Центральная городская клиническая больница №23», 620017, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д.9, телефон: +7-343-382-14-27, контактное лицо Логинов Виталий Николаевич, rg_cgb23@mail.ru;
- предмет контракта: поставка хирургического инструмента;
- начальная цена контракта - 1 673 847,99 руб.;
- дата рассмотрения заявок: 05.07.2018 10:20 час.;

ООО «Апрель-21» приняло участие в указанном аукционе подав заявку в электронной форме на торговой площадке УТП Сбербанк-АСТ 19.06.2018г.. Заявке был присвоен номер 9141.

Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе №60а/18 от 05.07.2018г. заявка ООО «Апрель-21» по 1 части была отклонена Заказчиком в соответствии с «п.4 и п.8 часть 10.1 Положения» по причине:

- «указаны недостоверные сведения п.п.2,3,6,7,36;
- технические параметры не соответствует ТЗ п.39;
- по пунктам 1,3,4,5,6 и др. не указано конкретное значение товара по твердости».

С решением аукционной комиссии от 05.07.2018г. ООО «Апрель-21» не согласен. Считаем, что наша заявка полностью соответствует нормам законодательства, все сведения достоверны и подтверждены документально, заявленные технические параметры полностью соответствуют ТЗ и там, где это необходимо, указаны конкретные значения параметров, в соответствии с технической документацией производителя и соответствующими ГОСТами.

Заказчик ссылается на статьи Положения (Положение опубликовано на сайте <http://zakupki.gov.ru/>, утверждено протоколом заседания наблюдательного совета от 28.04.2016г.), а именно: «ст. 10.1 Комиссия по закупкам обязана отказать участнику закупки в допуске к участию в процедуре закупки, если установлен хотя бы один из следующих фактов:

4) непредставление участником закупки документов, необходимых для участия в процедуре закупки, либо наличие в них или в заявке недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

8) несоответствие участника закупки и (или) его заявки требованиям документации о закупке или настоящего Положения».

Но в протоколе Заказчик не указывает, какие документы не были представлены или какие недостоверные сведения ООО «Апрель-21» указало в заявке.

Заказчик в протоколе от 05.07.2018г. заявляет, что предлагаемые технические параметры по позиции №39 не соответствуют техническому заданию. Однако, не указывает какие именно параметры

Считаем, что технические параметры заявленной позиции №39 полностью соответствуют требованиям ТЗ.

№ позиции	Техническое требование (задание), указанное в документации	Предложение участника закупки
39 Кусачки	<p>Кусачки для изгибания, резки и перекусывания титановых сплавов мощные. Должны представлять из себя трёхрычажный механизм. Две рукоятки предназначены для зажатия, третья, должна располагаться между двух основных, со штоковым механизмом, для возврата рабочей части в разомкнутое положение. Соединение пятишарнирное, неразъёмное. Рабочая часть должна быть клювовидной с острыми браншами.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Имеют винтовой фиксатор. • Имеют специальные выступы для перекусывания проволоки диаметром до 2 мм. • Рукоятки рифленные. • Максимальный разлет рукояток - 5,5 мм. <p>Ширина рабочей части - 3,8 мм Общая длина инструмента – 250±5 мм. Толщина инструмента - 10 мм. Ширина - 50 мм.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Материал изготовления - высоколегированная нержавеющая сталь, Марка стали: 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-77, имеет антибликовую поверхность и повышенную устойчивость к коррозии. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 200оС 	<p>Кусачки для изгибания, резки и перекусывания титановых сплавов мощные. Представляют из себя трёхрычажный механизм. Две рукоятки предназначены для зажатия, третья, располагается между двух основных, со штоковым механизмом, для возврата рабочей части в разомкнутое положение. Соединение пятишарнирное, неразъёмное. Рабочая часть клювовидная с острыми браншами.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Имеют винтовой фиксатор • Имеют специальные выступы для перекусывания проволоки диаметром 2 мм. • Рукоятки рифленные. • Максимальный разлет рукояток - 5,5 мм. Ширина рабочей части - 3,8 мм • Общая длина инструмента – 250 мм. Толщина инструмента - 10 мм. Ширина - 50 мм • Материал изготовления - высоколегированная нержавеющая сталь, Марка стали: 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-77, имеет антибликовую поверхность и повышенную устойчивость к коррозии. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) 200оС. Наименование страны происхождения товара: Германия. Наименование производителя предлагаемого товара: Geomed Medizin-Technik GmbH & Co.. Номер регистрационного удостоверения: ФСЗ 2009/04499 от 15.06.2009; каталожный номер продукции: OL 61023 Товарный знак отсутствует

Заказчик в протоколе указал, что в заявке указано не конкретное значение показателя «твердость по Роквеллеру». Заказчик в техническом задании в графе «значение показателя (минимальное и (или) максимальное) или значение, которое не может быть изменено» в позициях 1,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 21, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 прописал: «Материал изготовления нержавеющей сталь соответствует ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические». Твердость по Роквеллеру 51-56 HRC». ООО «Апрель-21» в заявке на участие в электронном аукционе в указанных позициях указал: «Материал изготовления нержавеющей сталь соответствует ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические». Твердость по Роквеллеру, диапазонное значение 51-56 HRC».

Одновременно со значением 51-56 HRC ООО «Апрель-21» указал словосочетание «диапазонное значение».

В ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические» в пункте 5 «Технические требования» в таблице №2 «Твердость инструментов» твердость по Роквеллу для марки материалов 40*13 указана именно в диапазоне!

Следовательно, при указании в заявке, что инструмент соответствует ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические» показатель «твердость по Роквеллу» должен быть указан в диапазоне!

В данном случае, указание диапазонного значения соответствует конкретному значению.

Это подтверждает судебная практика: определение Верховного суда РФ от 16.05.2018г. №306-КГ18-5232, решение Арбитражного суда республики Татарстан от 03.08.2018г. по делу №А65-8065/2017.

Мы настаиваем, что основания для отклонения нашей заявки изложенные в протоколе носят декларативный характер. Не подтверждены документами и не соответствуют фактам.


В соответствии с вышеизложенным, ООО «Апрель-21» просит:

1. Обязать Заказчика отменить протокол №60а-18 от 05.07.2018г.;
2. Обязать Заказчика повторно рассмотреть заявку ООО «Апрель-21» на участие в аукционе в электронной форме на право заключения договора на поставку товара: «Инструмент хирургический» для нужд МАУ «ЦГКБ №23»;
3. приостановить размещение заказа: извещение о проведении электронного аукциона № 31806588028, номер извещения SBR003-180025313300045 до рассмотрения настоящей жалобы по существу.

Приложение:

1. извещение закупка №31806588028;
2. протокол №60а/18 от 05.07.2018г.;
3. выписка из положения о закупке товаров, утверждена протоколом заседания наблюдательного совета от 28.04.2016г.;
4. документация об электронном аукционе в части технического задания, инструкции по заполнению заявки;
5. первая часть заявки ООО «Апрель-21»;
6. выписка из ГОСТ19126/2007 «Инструменты медицинские металлические» в части раздела 5;
7. копия определения Верховного суда РФ от 16.05.2018г. №306-КГ18-5232;
8. копия решения Арбитражного суда республики Татарстан от 03.08.2018г. по делу №А65-8065/2017;
9. копия протокола о назначении Директора ООО «Апрель-21» от 17.04.2017г.;
10. копия выписки из ЕГРЮЛ от 28.06.2018г. на ООО «Апрель-21» выданная налоговым органом, подписанная ЭЦП.

Директор



/Г.М. Шафранова/