

РЕШЕНИЕ

по делу № 645/18

о нарушении законодательства о контрактной системе

«09» ноября 2018г. г. Барнаул

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю по контролю в сфере закупок (далее Комиссия) в составе:

Председателя:

К<...> – заместителя руководителя управления – начальника отдела контроля закупок;

Членов Комиссии:

К<...> – ведущего специалиста-эксперта отдела контроля закупок,

Т<...> – государственного инспектора отдела контроля закупок,

с участием представителей:

от заявителя ООО «МЕДИКАЛИЗ» - не явился, извещен,

от заказчика – КГБУЗ «Краевая клиническая больница» – С<...>, А<...>,

от уполномоченного учреждения – КГКУ «Центр государственных закупок

Алтайского края» - Ж<...>,

рассмотрев жалобу ООО «МЕДИКАЛИЗ» на действия заказчика, уполномоченного учреждения по закупке № 0817200000318011561 «Поставка системы для ударно-волновой терапии с принадлежностями», согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе),

УСТАНОВИЛА:

В управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю поступила жалоба ООО «МЕДИКАЛИЗ» на действия заказчика, уполномоченного учреждения по закупке № 0817200000318011561 «Поставка системы для ударно-волновой терапии с принадлежностями».

В обоснование жалобы заявитель указал, что в нарушение действующего законодательства заказчиком включены в состав документации о закупке излишние требования в части описания типа генерируемой волны. Кроме того, нет аппарата, который полностью соответствовал бы параметрам технического задания.

Представители заказчика и уполномоченного учреждения предоставили письменные объяснения. Против удовлетворения жалобы возражают.

Представитель заказчика дополнительно пояснил, что для целей заказчика (в рамках программы «Мужское здоровье») оптимальным является прибор с фокусирующим типом генерируемой волны. На рынке представлено минимум три компании, производящие подходящие аппараты.

Заслушав пояснения представителей заказчиков и уполномоченного учреждения, а также изучив представленные документы в ходе внеплановой проверки, Комиссия УФАС по Алтайскому краю по контролю в сфере закупок пришла к следующим выводам.

25 октября 2018 года уполномоченным учреждением было размещено извещение о проведении электронного аукциона № 0817200000318011561 «Поставка системы для ударно-волновой терапии с принадлежностями».

Согласно пункту 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные

характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).

В соответствии с частью 2 вышеуказанной статьи документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

В Технической части документации о закупке № 0817200000318011561 указаны показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям.

В соответствии с частью 9 статьи 105 Закона о контрактной системе к жалобе прикладываются документы, подтверждающие ее обоснованность.

Заявителем не представлено доказательств того, что заказчик выставил техническое задание, в соответствии с которым не может быть поставлен ни один товар

Комиссия признает доводы жалобы необоснованными.

Комиссия, руководствуясь ст. 99, 105, 106 Закона о контрактной системе,

РЕШИЛА:

Признать жалобу ООО «МЕДИКАЛИЗ» необоснованной.

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель Комиссии _____ К<...>

Члены комиссии:

_____ К<...>

_____ Т<...>