



ООО «МедСис» (далее – Заявитель)
109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70,
корп.2, 2 этаж, помещ. 2, оф. 1
med_sis@mail.ru

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**МБУЗ «Клинико-диагностический центр
«Здоровья» города Ростова-на-Дону»**
(далее – Заказчик)

**УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Ростовской области**

344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Долломановский,
дом 70/3
trade3@center-zdorovie.ru

пр. Ворошиловский, 2/2, офис 403
г. Ростов-на-Дону, 344006
тел. (863) 263-31-04, факс (863) 240-99-59
e-mail: to61@fas.gov.ru

09.10.2018 № 19383/05

На № _____ от _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ № 1824/05
о поступлении жалобы ООО «МедСис»**

В соответствии с частью 11 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области (далее – Ростовское УФАС России) уведомляет о поступлении 04.10.2018 жалобы Заявителя на действия Заказчика при проведении аукциона в электронной форме №31806914973 «приобретение медицинского оборудования».

Информация о поступлении жалобы размещена на официальном сайте Ростовского УФАС России www.rostov.fas.gov.ru.

Учитывая изложенное, руководствуясь частью 11 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», сообщаем, что рассмотрение жалобы по существу состоится 15.10 2018 в «12» часов «00» минут по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 2/2, офис 403, к. 23.

Согласно части 19 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Заказчик не вправе заключать договор до принятия антимонопольным органом решения по жалобе. Договор, заключенный с нарушением требований, является ничтожным.

Заявитель обязан направить жалобу Заказчику.

Заказчику до рассмотрения настоящей жалобы по существу необходимо представить в Ростовское УФАС России:

- письменные возражения на жалобу;
- заверенные копии всех заявок;
- информацию и документы, предусмотренные ч. 15 ст.18.1 Закона о конкуренции;
- заверенную копию положения о закупке.

Явка представителей Заказчика и Заявителя на заседание комиссии Ростовского УФАС России (с документами, подтверждающими полномочия) обязательна.

Неявка представителей будет расцениваться как отказ от дачи разъяснений по существу жалобы.

Председатель комиссии
Ростовского УФАС России

Н.А. Кожемяко



Общество с ограниченной ответственностью
«МедСис»

Юридический адрес: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 70, корп. 2, этаж 1, помещение 2, офис 1

E-mail: med_sis@mail.ru

Тел./факс: +7 (499) 166-89-94

ИНН 7722269758 ОГРН 1027722006135

Исх. № МС-30 /18 от 24 сентября 2018г.

ФАС России
Рег. номер 155247118
зарегистрирован 25.09.2018



Федеральная антимонопольная служба России
123242, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11

ЖАЛОБА

на незаконные действия Заказчика при проведении аукциона в электронной форме
«Приобретение медицинского оборудования»
(номер извещения – №31806914973)

Заявитель - Участник закупки: Общество с ограниченной ответственностью «МедСис»
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, к.2, этаж 1, пом. 2, офис 1
Почтовый адрес: 105187, г. Москва, ул. Борисовская, д.9
Контактный телефон/факс: (499) 166-89-94
Адрес электронной почты (E-mail): med_sis@mail.ru

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЗДОРОВЬЕ" ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ"
Место нахождения: 344011, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, пер Доломановский, дом 70/3
Почтовый адрес: 344011, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, пер Доломановский, дом 70/3
Контактный телефон: +7 (863) 2675413
Адрес электронной почты (E-mail): trade3@center-zdorovie.ru

Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: <http://www.rts-tender.ru>

12.09.2018 г. на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru> было опубликовано извещение №31806914973 о проведении электронного аукциона «Закупка медицинского оборудования».

Дата и время окончания подачи заявок – 28.09.2018 10:00

Дата рассмотрения заявок – 28.09.2018

Дата подведения итогов – 02.10.2018

Общество с ограниченной ответственностью «МедСис» намереваясь принять участие в вышеуказанном электронном аукционе, в ходе изучения документации по данному аукциону выявило нарушения, допущенные Заказчиком при формировании части II «Описание объекта закупки» Документации об аукционе в электронной форме.

Предмет жалобы:

По мнению Заявителя указанным требованиям «Описание объекта закупки» соответствует единственный производитель.

Доводы жалобы:

Изучив аукционную документацию, Заявитель считает что указанным в описании объекта закупки требованиям соответствует оборудование единственного производителя, а именно

Система маммографическая рентгеновская цифровая ОМИКРОН Плюс по ТУ 9442-006-91526802-2015 производства компании РЕНМЕДПРОМ.

Так, следующие технические характеристики определяют единственного производителя:

Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) /комплектация	Диапазон значений/Наличие функции
Проведение всех исследований со сниженной дозой облучения и высокой скоростью сканирования в комбинированном режиме (одновременная маммография и томосинтез) без выполнения цифровой маммографии	Наличие
Биопсия с использованием технологии томосинтеза в вертикальном и горизонтальном положении пациента	Наличие
Проведение биопсии при любом угле наклона иглы (прямой, боковой, косой)	Наличие
Режим цифрового томосинтеза	
Диапазон поворота штатива при томосинтезе	± 15 градусов
Остановка трубки во время получения томосинтезных проекций	Наличие
Отсутствие биннинга (склеивания) пикселей при томосинтезе	Наличие
Возможность выбора режимов работы системы: - цифровая маммография; - комбинированный (цифровая томосинтез плюс цифровая маммография); - томосинтез.	Наличие
Интерактивный метод реконструкции	Наличие
Экономия дозовой нагрузки за счет использования центрального томосинтезного снимка в качестве маммографического в комбинированном режиме	Наличие
Устройство для биопсии	
Универсальный держатель для биопсии, позволяющий выполнять биопсию под прямым углом, косыми углами и параллельно плоскости детектора	Наличие
Возможность проведения латеральной биопсии при горизонтальном положении С-образного штатива с вертикальной стойкой	Наличие
Фиксация (остановка) поворота блока источника излучения во время томосинтезных снимков	Наличие
Стол для выполнения биопсии	
Подъем головного секции стола	Наличие

Таким образом, Заказчиком нарушены требования п. 2 части 1 статьи 3, п.2 части 3 статьи 3 и п.2 части 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

На основании вышеизложенного и в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ

Прошу:

рассмотреть настоящую жалобу, провести соответствующую проверку, принять решение в соответствии с Законом.

Генеральный директор



А.М. Красилова